



مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی			
مشخصات	حجم نمونه	مدل	نام دستگاه
ساخت شرکت QUALITEST امریکای شمالی	-	QV-1000DAT	ریزسختی سنج (میکرو ویکرز) (Micro-Vickers Hardness Tester)
مشخصات مسئولین مربوط			
شماره تماس جهت هماهنگی	ناظر دستگاه	اپراتور دستگاه	
051-44012855	خانم دکتر صباغ زاده	خانم مهندس شنوایی	
نحوه ارائه خدمات			
برای هماهنگی زمان و سایر موارد با ناظر دستگاه و یا مسئول آزمایشگاه متالوگرافی به صورت تلفنی هماهنگ گردد.			نحوه هماهنگی جهت رزرو
☒ هزینه برای هر نمونه ۷۵۰,۰۰۰ ریال			نحوه مشارکت ناظر دستگاه

تصویر دستگاه:



توضیحات دستگاه:

تبدیل خودکار سختی ویکرز به انواع سختی های معادل راکول A، B و C