



معاونت پژوهش و فناوری
آزمایشگاه مرکزی



فرم خدمات آزمایشگاه و تجهیزات دانشگاه حکیم سبزواری

مشخصات تجهیزات آزمایشگاهی			
نام دستگاه	مدل	حجم نمونه	مشخصات
دستگاه لایه نشانی اسپری کوتینگ (Pyrolysis)	S. C. S.88	-	شرکت توسعه فناوری نوین ایران
مشخصات مسئولین مربوط			
اپراتور دستگاه	ناظر دستگاه	شماره تماس جهت هماهنگی	
آقای مهندس فوجی	خانم دکتر صباغ زاده	051-44013250	
نحوه ارائه خدمات			
نحوه هماهنگی جهت رزرو		برای هماهنگی زمان و سایر موارد با ناظر دستگاه و یا مسئول آزمایشگاه حالت جامد-نانو به صورت تلفنی هماهنگ گردد.	
نحوه مشارکت ناظر دستگاه		☒ هزینه برای وابسته به نوع نمونه ۵۰۰,۰۰۰ ریال الی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال	

تصویر دستگاه:



توضیحات دستگاه:

مبلغ دریافتی از ۵۰۰,۰۰۰ ریال تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال متغیر است.

مشخصات فنی دستگاه اسپری کوتینگ:

- ۱- محفظه دستگاه از جنس استیل و ارتفاع تقریبی دستگاه با سیستم تهویه ۱۹۰ سانتیمتر
- ۲- صفحه داغ به قطر ۲۵ سانتیمتر و ضخامت ۷-۸ میلی متر از جنس استیل ضد زنگ
- ۳- محفظه دارای سیستم تهویه و هود مناسب جهت خروج گازهای شیمیایی در هنگام لایه نشانی.
- ۴- سیستم نازل اسپری دارای حرکت روبشی برای توزیع شارش یکنواخت بر روی سطح کار.
- ۵- توان دستگاه مذکور حدود ۳ کیلو وات و ولتاژ ورودی آن ۲۲۰ ولت می باشد.